

**EU-Konformitätserklärung
für Medizinprodukte
nach der Verordnung (EU) 2017/745
Gültig bis 14.07.2025**

DocZZUltra_12-2020 (4)

Stand April 2024

Firmenbezeichnung/Hersteller

Dr. Schick GmbH
Waldstr. 15
D-74889 Sinsheim
Tel +49(0)7261-913910
Fax +49(0)7261-913912
E-Mail: mail@dr-schick.de
Internet: www.dr-schick.de



Abbildung:

Produktbezeichnung: Zeckenzange Ultra
Artikel-Nr. : 01049
PZN : 07662141
Medizinprodukt : Klasse I, nicht steril, wiederverwendbar
Basis-UDI-DI : 4016353010492Z
SRN : DE-MF-000021900
EMDN Code : Z120499
Zolltarifnummer : 39269097
Zweckbestimmung : Entfernung festgesogener Zecken
CE Kennzeichnung gemäß Anhang V der Verordnung 2017/745 vorhanden

Die Firma Dr. Schick GmbH bestätigt, dass das Produkt Zeckenzange Ultra (Art.-Nr. 01049) den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 sowie den ggf. darüber hinaus gehenden Bestimmungen des Medizinprodukte-Durchführungsgesetzes entspricht.

Das Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 52 (7) und somit gem. Anhang IV der Medizinprodukteverordnung 2017/745 wurde durchgeführt und die entsprechende technische Dokumentation wird vorgehalten.

Das Produkt wurde als Medizinprodukt der Risikoklasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745, Anhang VIII, 4.1 (Regel 1) identifiziert.

Die Firma Dr. Schick GmbH trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung.

Sinsheim, 19.04.2024



Dr. Schick GmbH
D-74889 Sinsheim

Name des Unterzeichners: Dr. Gerhard Schick
Geschäftsführer