



# VIOLET PEARL

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Violett
- Chemikalienschutzhandschuh
- Latexfrei
- Unsteril



SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

CE 0197



## Material

100% Synthetiklatex

## Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

## Maße

Art.-Nr.	4801	4802	4803	4804	4805
Größe	XS = 5–6	S = 6–7	M = 7–8	L = 8–9	XL = 9–10
Breite	76 ± 3 mm	84 ± 3 mm	94 ± 3 mm	105 ± 3 mm	113 ± 3 mm
Länge	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm	min. 240 mm

## Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.07 ± 0.02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.07 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.10 ± 0.02

## Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0

## Puder

Ungepudert

## Proteingehalt

Keine Proteine enthalten

## Manschette

Umbördelt

## Design

Beidhändig

## Oberfläche

Angeraute Fingerspitzen

## Farbe

Violett

## Qualitätssicherung

EG-Baumusterprüfung TÜV Rheinland – CE 0197

PSA – EN 374 CAT III, EN 388, EN 420, 89/686/EEC

MPG – EN 455 Teil 1–4

EG-Standard 596/2009

EG-Standard 202/2014

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012

## Verpackung

100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.